

Số: /TB-YHCT

Thái Nguyên, ngày tháng 5 năm 2024

V/v mời đơn vị thẩm định giá gói thầu  
Mua sắm thiết bị y tế, hàng hóa, phụ  
kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị  
y tế năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ  
truyền Thái Nguyên

Kính gửi: Các công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên có nhu cầu thẩm định giá gói thầu Mua sắm thiết bị y tế, hàng hóa, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, theo nội dung như sau:

1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 9, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083846014

Tài khoản số: 39010002088120 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

Mã số thuế: 4600507254

Người đại diện: Bà Trương Thị Thu Hương - Chức vụ: Giám đốc.

2. Nội dung thẩm định giá: Chi tiết danh mục tại phụ lục kèm theo.

3. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 05 năm 2024.

4. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá hàng hóa tại thời điểm lập dự toán của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.

5. Thời gian đề nghị thực hiện: (tính từ ngày ký hợp đồng): 15 ngày.

6. Tên người liên hệ: Khoa Dược

Điện thoại: 0389.917.660 (Đ/c Nghiêm Trần Đại Quân)

Chúng tôi cam kết:

- Cung cấp đầy đủ tên hàng hóa, số lượng hàng hóa và mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật có liên quan đến hàng hóa đề nghị thẩm định giá.

- Thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng chuyển khoản tới Quý Công ty ngay khi nhận được Chứng thư thẩm định giá của Quý Công ty.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- KHTH (để đăng tải website);
- Lưu: VT, KD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Thanh Bình**

**Phụ lục:**  
**DANH MỤC THĂM ĐỊNH GIÁ**

(Kèm theo Thông báo số: /YHCT-KD ngày tháng 05 năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dầu gia nhiệt	- Dầu truyền nhiệt sử dụng làm môi chất cho nồi gia nhiệt. - Nhiệt độ làm việc: $\geq 200$ độ C.	Lít	140
2	Dây thở oxy cao áp lâm sàng	- Dùng cho bệnh nhân điều trị trong buồng oxy cao áp. - Bộ dây thở gồm 2 nhánh, cút chữ T. - Chất liệu: Silicone. - Có thể hấp tiệt trùng để sử dụng nhiều lần.	Bộ	07
3	Xe đẩy hàng	- Khung xe bằng sắt, thép hoặc hợp kim chắc chắn. - Dễ dàng gấp gọn. - Tải trọng tối đa: $\geq 400$ kg. - Bánh xe nhựa PU, di chuyển mượt mà và không gây tiếng ồn.	Cái	01
4	Dây quang laser	- Thiết bị phát laser - Tương thích với Máy laser điều trị. Model: Mini – 630.	Cái	10
5	Đầu dò siêu âm điều trị	- Tương thích với Máy vật lý trị liệu đa năng Doctorhome. Model: DH14.	Cái	05
6	Máy vật lý trị liệu	- Được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. - Có các tính năng: Điện xung, chườm nhiệt, ion. - Nguồn điện: 220V/50Hz. - Có thể điều chỉnh thời gian và mức độ điều trị.	Cái	12
7	Máy ngâm chân	- Chất liệu: Nhựa cao cấp. - Nguồn điện: 220V – 240V / 50Hz – 60Hz. - Công suất: $\geq 140$ W.	Cái	10

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chức năng: Ngâm chân, massage rung, sưởi, khô, giữ ấm nước.</li> <li>- Bảo hành: <math>\geq 24</math> tháng.</li> </ul>		
8	Nồi xông	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Nhựa.</li> <li>- Nguồn điện: 220V.</li> <li>- Dung tích: 2-4 lít.</li> <li>- Đồng hồ hẹn giờ: 0 –45 phút (Có thể điều chỉnh trực tiếp trên nồi hoặc bằng điều khiển từ xa).</li> <li>- Thời gian làm sôi: 5-10 phút.</li> <li>- Bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng.</li> </ul>	Cái	05
9	Máy điện châm	<p>Số cổng ra: <math>\geq 5</math> cổng.</p> <p>Nguồn điện: <math>\geq 6V</math> (sử dụng pin).</p> <p>Dạng xung: Dạng dao động nghẹt sử dụng cả phần âm và dương.</p> <p>Tần số: 0,5Hz đến 50Hz .</p> <p>Biên độ xung ra: 50 đến 140V <math>\pm 10\%</math>.</p>	Cái	100
10	Đèn hồng ngoại	<p>Có thể tăng giảm chiều cao từ 1,2 - 1,7m</p> <p>Công suất tối đa: 250W.</p> <p>Nguồn điện: Dùng được điện thế 220V</p> <p>Đèn có ít nhất 01 bộ chỉnh công suất (chiết áp)</p> <p>Đui đèn sử dụng được nhiều loại bóng đèn hồng ngoại</p> <p>Cổ đèn linh động góc xoay đèn gần 360 độ</p> <p>Chóa đèn có kích thước đường kính 15<math>\pm</math>3cm, dài 20<math>\pm</math>3cm</p> <p>Đế đèn bằng hợp kim, loại có 3 chân.</p> <p>Có bóng đèn kèm theo.</p>	Cái	20