

Số: /TB-YHCT

Thái Nguyên, ngày tháng 5 năm 2024

V/v mời đơn vị thẩm định giá gói thầu
mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa tự
động năm 2024 của Bệnh viện Y học
cổ truyền Thái Nguyên

Kính gửi: Các công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên có nhu cầu thẩm định giá gói thầu mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa tự động năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, theo nội dung như sau:

1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 9, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083846014

Tài khoản số: 39010002088120 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam - Chi nhánh Thái Nguyên.

Mã số thuế: 4600507254

Người đại diện: Bà Trương Thị Thu Hương - Chức vụ: Giám đốc.

2. Nội dung thẩm định giá: Chi tiết danh mục tại phụ lục kèm theo.

3. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 05 năm 2024.

4. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá hàng hóa tại thời điểm lập dự toán của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.

5. Thời gian đề nghị thực hiện: (tính từ ngày ký hợp đồng): 15 ngày.

6. Tên người liên hệ: Khoa Dược

Điện thoại: 0389.917.660 (Đ/c NghiêM Trần Đại Quân)

Chúng tôi cam kết:

- Cung cấp đầy đủ tên hàng hóa, số lượng hàng hóa và mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật có liên quan đến hàng hóa đề nghị thẩm định giá.

- Thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng chuyển khoản tới Quý Công ty ngay khi nhận được Chứng thư thẩm định giá của Quý Công ty.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- KHTH (để đăng tải website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Trương Thị Thu Hương

Phụ lục:
DANH MỤC THÂM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: /YHCT-KD ngày tháng 05 năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động	<ul style="list-style-type: none">- Tốc độ 370 - 500 test/giờ cho xét nghiệm sinh hóa.- Hệ thống mở (có thể sử dụng hóa chất của hãng khác).- Phân tích riêng, truy cập ngẫu nhiên, ưu tiên mẫu cấp cứu, tự động hoàn toàn- 50÷100 vị trí đặt hoá chất.- Hóa chất được bảo quản trên khay làm lạnh ở nhiệt độ 2°C ~ 10°C- 50÷120 vị trí đặt mẫu bệnh phẩm.- Tự động rửa kim hút, loại bỏ các cục máu đông.- Kim hút hóa chất và kim hút mẫu bệnh phẩm độc lập, kim hút tự động phát hiện tắc, mực chất lỏng, bảo vệ va chạm.- Gồm 12 bước sóng: 340 ~ 800nm.- Tích hợp nhiều chức năng, phần mềm dễ sử dụng.- Hệ thống chất lỏng được nâng cấp để bảo trì.- Kết nối 2 chiều hệ thống LIS- Tích hợp máy đọc Barcode- Hệ thống phản ứng 80 – 100 cuvette	Hệ thống	01
Tổng cộng: 01 mặt hàng				