

Số: /TB-YHCT

Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời đơn vị tham gia kiểm tra hiện trạng thiết bị y tế của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

Căn cứ Phiếu báo hỏng thiết bị y tế của khoa Khám bệnh ngày 15/4/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị của khoa Dược ngày 21/4/2025;

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế khoa Khám bệnh năm 2025.

Để đánh giá cụ thể hiện trạng của thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên trân trọng kính mời các đơn vị sửa chữa thiết bị y tế có mặt tại Bệnh viện để kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, nội dung cụ thể trong phụ lục đính kèm.

Khi nhận được thông báo này, các đơn vị căn cứ năng lực, kinh nghiệm của mình có nhu cầu tham gia đề nghị liên hệ và có mặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên (Địa chỉ: Tổ 9 - Đường Quang Trung - Phường Thịnh Dán - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên) để làm việc theo quy định.

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Giám đốc (báo cáo);
- Phòng KHTH (để đăng tin);
- Lưu: VT, Dược.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Bình

PHỤ LỤC TÌNH TRẠNG SƠ BỘ HIỆN TẠI CỦA THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Thông báo số: /TB-YHCT ngày /4/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên)

TT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Model	Xuất xứ	Thời gian sử dụng	Bộ phận sử dụng	Tình trạng sơ bộ hiện tại
1	Máy nội soi tai mũi họng	Cái	01	CT 300	Hàn Quốc	2012-04/2025	Khoa Khám bệnh	Không khởi động được
2	Thiết bị nha khoa	Cái	01	ST3604	Trung Quốc	2012-04/2025	Khoa Khám bệnh	Không khởi động được, hỏng motor
3	Máy sinh hiển vi khám mắt	Cái	01	SM – 10N	Nhật Bản	2012-04/2025	Khoa Khám bệnh	Máy khởi động được nhưng mắt kính mờ soi không rõ
4	Huyết áp điện tử	Cái	02	JPN600	Nhật Bản	12/2021-04/2025	Khoa Khám bệnh	Không đo được, hiển thị lỗi E1